

| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z30/5/1 |
| Tytuł zapytania | Dostawa i montaż urządzeń na miejscu przetwornika z wyświetlaczem i trzema sondami (dwie tlenowe i jedna pH) na sekcji biologii oczyszczalni ścieków przemysłowych. |
| Kupiec prowadzący: | Kuchta, Radosław |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2024-09-16 11:56:14 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-09-16 12:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-09-30 14:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2024-09-29 14:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Dzień dobry,

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w w procesie wyboru kontrahenta na wykonanie zadania pt: "Dostawa i montaż urządzeń na miejscu przetwornika z wyświetlaczem i trzema sondami (dwie tlenowe i jedna pH) na sekcji biologii oczyszczalni ścieków przemysłowych".

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż dotychczasowych sond i wyświetlacza.
2. Montaż nowych elementów, w razie potrzeby zabudowa nowego słupka montażowego i uchwytów do sond.
3. Kalibracja i uruchomienie.

Uwagi:

1. Do złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna wykonawcy.
2. Urządzenia muszą być wykonane w standardzie Ex ze względu na obecność strefy.
3. Na miejscu jest doprowadzone zasilanie 24V z dotychczas pracujących urządzeń.
4. Dokładność pomiaru nie może być mniejsza niż obecnie stosowanych.
5. Odczyt następuje w miejscu montażu, nie ma konieczności wyprowadzania sygnału na sterownię itp

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Fortuna : +48 13 44 66 502 lub +48 696 064 019 email: grzegorz.fortuna@unimot-infrastruktura.pl

Unimot Infrastruktura Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|---|
| 1. | Akceptacja klauzul stosowanych w postępowaniach wyboru kontrahenta.docx |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | Dostawa i montaż urządzeń na miejscu przetwornika z wyświetlaczem i trzema sondami (dwie tlenowe i jedna pH) na sekcji biologii oczyszczalni ścieków przemysłowych | | 3 | szt. | Pozostałe |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 0.9 | Tak | Zniżkowy | Tak |
| 2. | Gwarancja | 0.1 | Tak | Zwyżkowy | Nie |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|-----|--------------|
| | Brak pozycji |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |